

Molibdeno nel siero			
Informazioni generali			
Codice accettazione	111233		
Indicazioni cliniche [RIF.6]	- Eccesso: pazienti con la protesi al molibdeno (e cromo e cobalto) - Eccesso: pazienti in trattamento con il tetratiomolibdato		
Preparazione del paziente	Digiuno		
Richiedibile in urgenza (Valido solo per pazienti interni)	No (richiedibile nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 16:00)		
Dove effettuare il prelievo per pazienti esterni	Presso il centro prelievi del laboratorio centrale di patologia clinica di Bolzano In tutti i distretti dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige		
Esecuzione	1 volta ogni due settimane		
Tempo di refertazione per pazienti esterni	30 giorni		
Preanalitica			
Tipo di campione	Siero		
Tipo provetta	Tappo rosso con inserto nero 4 ml		
Trasporto del campione	A temperatura ambiente		
Trattamento del campione in laboratorio	Centrifugare entro 2h a temperatura ambiente		
Criteri per la non accettabilità del campione	Volume insufficiente, non corretta identificazione del paziente		
Stoccaggio del campione dopo l'analisi	7 giorni a 2-8°C		
Possibilità di richiesta su campione già processato	A seconda della stabilità del campione per il periodo di stoccaggio		
Indicazioni tecniche			
Misurando	Concentrazione del molibdeno nel siero		
Metodo [RIF.5]	ICP-MS		
Range di riferimento [RIF.4]	0,2-1 µg/L		
Stabilità del campione [RIF.2]	18-22°C: 7gg	2-8°C: 14gg	-20°C: 1 anno
Tempo di emivita dell'analita [RIF.6]	30 ore		
Variabilità analitica (%) [RIF.3]	< 5,62		
Variabilità biologica intraindividuale	ND		
Differenza critica [RIF.8]	ND		
Incertezza di misura (U _m) omogeneo [RIF.3]	Livello 1 da circa 1,53 µg/L: U _m 0,17 µg/L Livello 2 da circa 5,85 µg/L: U _m 0,42 µg/L Dati estratti da Unity Real Time (Bio-Rad) nel mese di dicembre 2022 (periodo: ultimi 6 mesi)		

Interferenze	Somministrazione di tetratiomolibdato
Significatività clinica	
Valori elevati [RIF.6]	Artralgia, cefalea, psicosi
Parametri correlati	Rame sierico e urinario, ceruloplasmina, zinco, acido urico
Per ulteriori informazioni	
Segreteria	Tel. 0471-438306
Riferimenti bibliografici	[RIF.1] Thomas L: Labor und Diagnose. Frankfurt 2012(8 Auflage) [RIF.2] WHO/DIL/LAB99.1 Rev.2 [RIF.3] Dati interni [RIF.4] Società italiana valori di riferimento 2011 [RIF.5] LPC-BZ-IO-05-ICP-MS [RIF.6] Handbook on the toxicology of Metals, Elsevier, 2015, Fourth edition [RIF.7] EFLM Biological Variation Database [RIF.8] Il teorema di Bayes nella diagnostica di laboratorio-Appendice E-ver 1.0
Preparato il	18.05.2023
Prossima revisione prevista	18.05.2026