



**C.N.R.
Istituto
Inquinamento
Atmosferico**

Prot. n. 087/2004

AREA della RICERCA di ROMA II

16/1/2004

Spett.le Environnement S.A
111, Bd Robespierre-BP 4513
78304 Poissy Cedex
FRANCE

Oggetto: Certificazione di equivalenza per strumentazione automatica PM₁₀ ai sensi del D.M. n°60 del 02/04/2002 (recepimento della direttiva 1999/30/CE)

DICHIARAZIONE

- Visto il DM n°60 del 02/04/2002 (recepimento della direttiva 1999/30/CE)
- Visto quanto espresso nell'allegato XI paragrafo 2 del sopra citato decreto che assegna al Laboratorio Primario di Riferimento presso l'Istituto Inquinamento Atmosferico la responsabilità della certificazione di equivalenza delle strumentazioni per la misura del materiale particolato PM₁₀
- Vista la richiesta in data 09/05/2003 della società Environnement S.A. tesa ad ottenere la certificazione di equivalenza per lo strumento MP101M.C
- Vista la nota tecnica elaborata da Ivo Allegrini, Marco Giusto con la collaborazione di V. Ciambottini, F. Guglielmi, A. Di Menno, M. Montagnoli, R. Di Nino e V. Monaco ed allegata alla presente certificazione di cui costituisce parte integrante.

SI DICHIARA:

che lo strumento MP101M.C è equivalente al metodo di riferimento purché vengano osservate le prescrizioni riportate nella nota tecnica allegata.

La certificazione è rilasciata allo strumento inteso come insieme di testa di campionamento, linea di prelievo e sistema di misura. Tale certificazione sarà valida se lo strumento verrà utilizzato nella configurazione proposta per la sua certificazione.

La certificazione rilasciata ha una validità di tre anni a partire dalla data odierna. Al termine di tale periodo il costruttore dovrà chiedere conferma della certificazione secondo modalità che saranno trasmesse successivamente.

**IL DIRETTORE
(Dott. Ivo ALLEGRI)**